

X線造影剤 製剤別適応一覧表

日本医学放射線学会 造影剤安全性委員会 2023年4月改訂

造影剤				血管内投与									髄腔内投与 髄腔内投与には、表中の丸印の製剤以外を使用しないこと		その他										
				静脈内投与			動脈内投与						脳脊髄		子宮卵管	逆行性尿路	膵胆管		関節	唾液腺	リンパ系				
分類	販売会社	製品名	ヨード濃度	造影CT	静脈性尿路	静脈性胆嚢胆管	血管撮影						脳室・脳槽	脊髄			ERCP	PTC							
							IVDSA	脳血管	心臓・肺	大動脈	選択的血管	四肢	IADSA												
非イオン性モノマー	バイエル	イオパミロン	150	○	○									○	警告 (厳禁)										
			300	○	○		○	○			○	○	○	○		○									
			370	○	○		○				○	○	○	○		○									
	GEヘルスケアファーマ	オムニパーク	140*	○												○									
			180*														○	○							
			240	○	○									○			○	○							
			300	○	○		○	○				○	○	○		○		○							
	ゲルベ・ジャパン	オプトレイ	240	○																					
			320	○	○		○	○			○	○	○	○		○									
			350	○	○		○				○	○	○	○											
	ブラッコ・ジャパン/エーザイ	イオメロン	300	○	○		○	○			○	○	○	○											
			350	○	○		○				○	○	○	○											
400				○						○	○	○													
アルフレッサ	プロスコープ	300	○	○		○	○			○	○	○	○												
		370	○	○		○				○	○	○	○	○											
イオン性ダイマー	バイエル	ピリスコピン	50			○																			
非イオン性ダイマー	GEヘルスケアファーマ	ビジパーク	270					○																	
			320																						
	バイエル	イソピスト	240											○	○							○			
			300																						
イオン性モノマー	バイエル	ウログラフィン	60%																						
			76%																						
油性	ゲルベ・ジャパン	リビオドール	480																				○		

* 販売中止(経過措置期間満了日2024年3月31日予定)

○: 添付文書において適応とされる項目