

X線造影剤 製剤別適応一覧表

日本医学放射線学会 造影剤安全性委員会 2024年4月改訂

造影剤				血管内投与									髄腔内投与 髄腔内投与には、表中の丸印の製剤以外を使用しないこと		その他								
				静脈内投与			動脈内投与						脳室・脳槽	脊髄	子宮卵管	逆行性尿路	膵胆管		関節	唾液腺	リンパ系		
分類	販売会社	製品名	ヨード濃度	造影CT	静脈性尿路	静脈性胆嚢胆管	IVDSA	脳血管	心臓・肺	大動脈	選択的血管	四肢					IADSA	ERCP				PTC	
非イオン性モノマー	バイエル	イオバミロン	150	○	○								○	警告 (厳禁)									
			300	○	○		○	○		○	○	○	○		○								
			370	○	○		○			○	○	○	○		○								
	GEヘルスケアファーマ	オムニパーク	240	○	○								○			○							
			300	○	○		○	○			○	○	○			○							
			350	○	○		○			○	○	○	○										
	ゲルベ・ジャパン	オプトレイ	240	○																			
			320	○	○		○	○		○	○	○	○										
			350	○		腹部のみ				○	○	○											
	ブラッコ・ジャパン	イオメロン	300	○	○		○	○		○	○	○	○										
			350	○	○		○			○	○	○	○										
			400		○					○	○	○											
アルフレッサ	プロスコープ	300	○	○		○	○		○	○	○	○											
		370	○	○		○			○	○	○	○	○										
イオン性ダイマー	バイエル	ピリスコピン	50			○																	
非イオン性ダイマー	GEヘルスケアファーマ	ビジパーク	270					○															
			320																				
	バイエル	イソピスト	240											○	○				○				
			300																○				
イオン性モノマー	バイエル	ウログラフィン	60%												○	○							
			76%																○				
油性	ゲルベ・ジャパン	リビオドール	480																		○		

○: 添付文書において適応とされる項目